



תעודת בדיקה מספר 9612217242/2

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

מחליף ומבטל את מסמך דיווח מספר 9612217242/1 מיום 05.07.2016

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

מענו : המלאכה 8, אזה"ת פולג, נתניה 42170

תאריך ההזמנה : 27/06/2016

תיאור המוצר:

מד מים אלקטרומגנטי.

הדגם הנבדק : Promag 400

יצרן : "Endress + Hauser"

ארץ ייצור : צרפת

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך : 26/06/2016 הנוטל : בא כח המזמין

כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם שאינה במסגרת תו תקן או צו ייבוא חופשי

נבדק לפי התקן הבא :

ת"י 5452 – "מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה" מפברואר 2016.

מסמך זה אינו
היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר הנבדק מתאים לתקן הישראלי ת"י 5452 (2016).

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערה :

תעודה זו הופקה בהתאם לחלות התקן האוסטרלי AS/NZS 4020:2005, לפי הכרה בדו"ח בדיקה מתאים. פרטים

מלאים בגוף תעודה זו.

24/07/2016

תאריך הפקת התעודה

חתימה:

חתימה:

תפקיד : מהנדס בודק

תפקיד : מהנדס בכיר

שם הבודק : רן מזרחי

שם המאשר : נאור כהן

רמ

תעודת בדיקה מספר 9612217242/2

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר:

Promag L 400, 5L4C2H, DN200 8" 5L4C2H - 4RT2/0	סימון המוצר הנבדק
מד מים אלקטרומגנטי	ייעוד המוצר
גוף פלבי"מ, תיבת חיבורי החיישן מפוליקרבונט.	הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים
ליינר מפוליאוריתן וליינר מגומי קשה, 4 אלקטרודות במבנה פלבי"מ 316L.	רכיבים במוצר הבאים במגע עם המים
המזמין	דוגמאות המוצר הוכנו על ידי
שני דגמים מקבילים: PROMAG 400L / 400W בקטרים שונים	תיאור משפחת המוצר
כנדרש	מצב הדוגמאות בעת הקליטה במעבדה
בטמפרטורה אופפת, בחושך	תנאי אחסון במעבדה לפני הבדיקה
אריזה מקורית	אופן אריזת הדוגמאות
מוצר מוגמר	תצורת הדוגמא: מבנה
קוטר פנימי: 180 מ"מ, גובה: 350 מ"מ	תצורת הדוגמא: מידות
חיצוני: כחול וכסוף, פנימי: שחור	מראה הדוגמא: גוון
מוצר רב רכיבי	מראה הדוגמא: גימור
	
	מראה המוצר: תמונה

תעודת בדיקה מספר 9612217242/2

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף	תיאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
6	מידע כללי		ראה תיאור מורחב בעמ' 2 לעיל	מתאים
6.2	טעמים של מי המיצוי	בבדיקת המוצר לפי השיטה המפורטת בנספח C לא ידווח אף אחד מצוות הטועמים על טעם בדילול הראשון במיצויי הבדיקה הסופיים: המוכלרים והלא מוכלרים.	כנדרש ⁽¹⁾	מתאים
6.3	מראה מי המיצוי	בבדיקת המוצר לפי נספח D לא יהיה גידול במספר יחידות הצבע האמיתי של מי המיצוי בתמצית הראשונה או בבדיקה חוזרת בתמצית השביעית ביותר מ- 5 HU (Hazen Units).	כנדרש ⁽¹⁾	מתאים
		בבדיקת המוצר לפי נספח D לא יהיה גידול בעכירות של מי- המיצוי בתמצית הראשונה או בבדיקה חוזרת בתמצית השביעית ביותר מ- 0.5 NTU.	כנדרש ⁽¹⁾	מתאים
6.4	התפתחות המיקרואורגניזמים המימיים	בבדיקת המוצר לפי נספח E, הפרש ממוצעי הריכוזים של חמצן מומס (MDOD) יהיה קטן מ- 2.4 מ"ג לליטר או שווה לערך זה.	-	לא ישים
6.5	פעילות רעילה לתאים במי-המיצוי	בבדיקת המוצר לפי נספח F, התמצית לא תגרום תגובה רעילה לתאים.	כנדרש ⁽¹⁾	מתאים
6.6	פעילות גורמי מוטציה גנטית במי-המיצוי	בבדיקת המוצר לפי נספח G, תוצאות הבדיקה ידווחו. התמצית לא תגרום לפעילות של גורמי מוטציה גנטית.	כנדרש ⁽¹⁾	מתאים
6.7	מיצוי יסודות מבוקרים	בבדיקת המוצר לפי נספח H, לא יהיו בתמצית הראשונה ו/או השביעית ריכוזים של אנטימון, ארסן, בריום, כספית, כרום, ניקל, סלניום, עופרת, קדמיום, כסף, מוליבדן, בריליום ותליום ביותר מערכים המירבים המותרים הנקובים בטבלה מס' 2 בסעיף זה.	כנדרש ^{(1) (2)}	מתאים

אומת ע"ס תעודות בדיקה ממעבדת "Australian Water Quality Centre" מס' דוח 149855 מתאריך 16/01/2015.
 ריכוז הערכים המירביים המותרים בטבלה מס' 2 ע"פ התקן האוסטרלי-ניו זילנדי AS/NZS 4020:2005 אינו כולל את היסודות בריליום ותליום, המופיעים בת"י 5452 (2016).

(1)

(2)

--- סוף תעודת הבדיקה ---